

BASINÇ ODASI HAZIRLIK DURUMU :



- a. Basınç odası emercensi durumlarda kullanılacak olması nedeniyle donanımlı, faal ve her an kullanıma hazır olmalıdır.
- b. Her kullanımdan önce basınç odası, hava ve O₂ ikmal kaynakları dalış öncesi kontrol listesine göre kontrol edilmelidir.
- c. Bütün dalgıç personel, basınç odası cihazlarını kullanacak şekilde eğitilmeli ve tedavi esnasında her görevi yapabilmelidir.

UYARI : Basınç odası malzeme deposu olarak kullanılmamalıdır.

Anadolu Panteleri